

খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড

বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, খুলনা

টেন্ডার নং বাবি-২২/১১১/১৮-১৯

বানৌজা ইমাম গাজ্জালী (আর- ২২৭২) এর কাজের জন্য।

তারিখঃ ১১-০৯-১৮

খোলার তা রিখঃ ১৮-০৯-১৮

বেলাঃ ১১-৩০ ঘটিকা

প্রিয় মহোদয়গণ,

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি খুলনা শিপইয়ার্ডে সরবরাহ করার জন্য আপনাদের কাছ থেকে সর্বনিম্ন মূল্য তালিকা আহবান করা যাচ্ছে। আপনাদের মূল্য তালিকা অবশ্যই অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত আমাদের শর্তাবলী অনুযায়ী হতে হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত

এম এম খায়রুল আলম
বাণিজ্যিক কর্মকর্তা
পক্ষে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

ক্রঃ নং -	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	মূল্য হার (একক প্রতি)
1.	Digital Flow Meter With LCD Monitor For Measuring Diesel Oil (As Per Attached Technical Specification)	01 Set	Per Set Tk: Brand: Country:

দরপত্রের সাথে সংযুক্ত Technical Specification অবশ্যই সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে অন্যথায় দর/দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

বিঃ দ্রঃ ১। দরপত্রে মালামাল গুলির ব্রান্ড/প্রস্তুতকারী দেশের নাম উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হতে পারে।

২। টেন্ডার খোলার সময় দরদাতার কোন মতামত/অভিযোগ থাকলে তা তাৎক্ষণিক টেন্ডার খোলার সময় টেন্ডার কমিটির নিকট উপস্থিত থেকে প্রকাশ করতে হবে। টেন্ডার খোলার পরবর্তীতে টেন্ডার সম্পর্কিত কোন অভিযোগ/মতামত গ্রহণযোগ্য হবে না।

টেন্ডার কমিটির স্বাক্ষর

বাণিজ্যিক শাখা

হিসাবরক্ষন বিভাগ

ব্যবহারকারী

আমরা অপর পৃষ্ঠায় সমস্ত শর্তাবলী মানিয়া নিলাম।

সরবরাহকারীর স্বাক্ষর

ভ্যাট নিবন্ধন নং-

এক্সিয়া কোড নং-

টি আই এন নং-

১। দরপত্র ফ্রি ডেলিভারী এন্ট সাইট শর্ত ছাড়া অন্য কোন শর্তে গ্রহণযোগ্য নয়।

২। টেন্ডারে অংশগ্রহণকারীকে সরকারী বিধি মোতাবেক কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের দপ্তর থেকে মুসক সেবার কোড এর ০৩৭.০০ আওতাধীন "যোগানদার" হিসাবে মূল্য সংযোজন কর /টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধিত হতে হবে এবং এই টেন্ডারের সাথে মুসক /টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধন পত্রের কপি সংযুক্ত করতে হবে। সরকারী বিধি মোতাবেক মুসক আদায় /রহিত করা হবে।

৩। সরবরাহকারীর মূল্য তালিকা (বহুলে লিখিত বা ছাপানো হোক) পরিষ্কারভাবে সীলসোহরকৃত নামে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা সন্ধান পূর্বক পাঠাতে হবে।

৪। মূল্য যাচাইপত্র নং বাবি তারিখ জমা দেবার শেষ তারিখ বেলা ১১.৩০ মিঃ পর্যন্ত।

৫। মূল্য তালিকা ডাকে অথবা বহুলে শিপইয়ার্ড প্রধান কটকে রক্ষিত বস্ত্রে জমা দিতে হবে। মূল্য তালিকা কমপক্ষে ৪০ দিন পর্যন্ত অবশ্যই বলবৎ রাখতে হবে। ক্রয়াদেশ প্রদানের তারিখ হতে ৭ দিনের মধ্যে মালামাল সরবরাহ করতে হবে।

৬। ক্রয়াদেশে বর্ণিত সময়সীমা উল্লীর্ণ হওয়ার পর মালামাল সরবরাহ করা হলে প্রতি সপ্তাহে অথবা এর অংশ বিশেষ এর জন্য ০.৫% হারে এল ডি এবং সরবরাহে অধিক বিলম্বের কারণে উৎপাদন ব্যহত হলে /কোন ক্ষতি হলে প্রতি সপ্তাহের অথবা তার অংশ বিশেষের জন্য অনধিক ১%-হারে এল ডি সরবরাহকারীর নিকট হতে কর্তন করা হবে।

৭। সরবরাহকারী কর্তৃক সময়মত মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে অসরবরাহকৃত মালামাল অন্যত্র হতে ক্রয় করে অতিরিক্ত খরচ (যদি কিছু থাকে) সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় করা হবে।

৮। আমাদের নির্দিষ্ট মূল্য যাচাই পত্রের ফরম ব্যতিরেকে অন্য যে কোন শিরোনামার্কিত পত্রের মূল্য তালিকা পাঠানো হলে উহা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। বিশেষে প্রাপ্ত দরপত্র গ্রহণযোগ্য নয়।

৯। খুলনা শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন কিংবা সকল মূল্য তালিকাই গ্রহণ অথবা নাকচ করার ক্ষমতা থাকবে।

১০। কোন গ্রহণযোগ্য মূল্য তালিকার সরবরাহকারীকে ক্রয়াদেশ বিধি মোতাবেক দ্রব্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য তালিকাতুলি ছাড়া সরবরাহকারীর নিকট ৩% হারে জামানত আহ্বান করা যাবে। উক্ত জামানত এবং তালিকাতুলি সরবরাহকারীর স্থায়ী জামানত শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের আইনের পরিপন্থী এবং ক্রয়াদেশ বহির্ভূত যে কোন কার্যের জন্য অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করতে অপারগ, প্রতিজ্ঞা অথবা নমুনা কিংবা ক্রয়াদেশ মোতাবেক সরবরাহ না করার জন্য বাজ্ঞেয়াগত করা যাবে।

১১। আমাদের এই শর্তাবলী স্বীকার করে নেওয়ার পর সরবরাহকারী কর্তৃক কোন প্রকার অবহেলা অথবা অন্য যে কোন নিজস্ব কারণে যদি শর্তাবলী বিঘ্নিত হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে শিপইয়ার্ডের যে কোন দ্রব্যগত বা অর্ধগত ক্ষতি সরবরাহকারীর জামানত হতে পূরণ করা হবে।

১২। ক্রয়াদেশভুক্ত একই দফার আংশিক সরবরাহ গ্রহণযোগ্য নয়।

সালিসীর মধ্যস্থতা

উপরোক্ত শর্তাবলীর উপর যদি কোন মত বিরোধ দেখা দেয় তবে বিবরণি নিম্নলিখিতর জন্য উত্তর পক্ষের মতামতানুসারে একটি সালিসী পক্ষ ডাকা হবে এবং তাতে বিফল হলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক মনোনীত সালিসী পক্ষ এবং সরবরাহকারীর মনোনীত সালিসী পক্ষের মধ্যস্থতার নিম্নলিখিত চেষ্টা করা হবে, তাতেও বিফল হলে উভয় সালিসী পক্ষের লিখিত মনোনায়নের মাধ্যমে একজন বিচারক (আম্পায়ার) নিযুক্ত করা যাবে এবং তাতেও গৃহীত সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হলে ১৯৪০ সালের সালিসী আইন অনুযায়ী চরম সিদ্ধান্তের জন্য একটি চরম সালিসী পক্ষকে মেনে নিতে হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত উপরে বর্ণিত শর্তাবলী আইমানুগভাবে সংযোজিত হবে এবং উত্তর পক্ষকে মেনে নিতে হবে।

বিশেষ ট্রষ্টব্য

উপরোল্লিখিত যে কোন ধরনের নির্দিষ্ট বক্তব্য হতে বিরত থাকলে সরবরাহকারীর মূল্য উদ্ধৃত বাতিল হতে পারে। মূল্য উদ্ধৃতির সকল মূল্যহার পরিষ্কার ভাবে লিখতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্টতা অসম্পূর্ণতা অথবা পুনর্লিখনের মাধ্যমে ভুল বোঝার অবকাশ থাকলে উদ্ধৃতির উক্ত অংশটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে।

- 1. **Name of the Equipment** : Digital flow meter with LCD Monitor for measuring diesel oil.
- Quantity : 01 (one) in number.
- Model : 202Di or better.
- Manufacturer : CONTREC PTY LTD or equivalent.
- Manufacturing Country : Australia/ Japan/ USA / UK/ Canada/ EU countries
- Year of manufacture : 2017 Or later (2018 is perfectible).
- Ambient temperature : 60°C.
- Capacity : 30 m³/hr.
- Pipe diameter : Ø 2".
- Number of digit for total flow and rate : 7 digit (minimum) for total and Minimum 5 digit for rate (continuously powered)
 Note: The Reset Total is resettable from the front panel or the Accumulated Total is displayed when the ACCUM TOT key is pressed.
- K-factor range : The pulses per unit of measure is programmable in the range 0.000001 to 9,99,999.
- Decimal points : Fully programmable for Rate and Total in liters/min.
- Time Base : Rates can be displayed in units per second, minute, hour or day.
- Frequency Range : 0.01Hz 10 kHz.
- Signal type : Switch settable for sine wave (15mV P-P minimum) open collector, reed switch or pulse.
- Dimension : To be mentioned.
- Protection : IP67 watertight.
- Power : Loop powered 4-20 mA output (programmable), 9-28 V DC. Memory backup of Lithium battery.
- Maximum Input parameters : U_o=10.0 V, L(ext)=1.5H, I_j=20mA, I_o= 9.0mA, I_i=20mA, P_i= 320mW, C(ext)=60uF, U_i=24V, C_i=0.002uF.
- Maximum Output parameters: 4-20mA or Relays: U_j=28V, I_i=93mA, P_i=653mW.
- Standard and Necessary Accessories: All standard and necessary accessories to be supplied.
- Test-trial : The supplier will carried out successful test-trial.
- Warranty : At least 01 (one) year from the date of successful test-trial.